



Oroflam s.r.l.
 Via Olmetto 18/20
 37049 Villa Bartolomea (VR)
 tel. +39.0442.659096
 www.oroflam.it

Tabella di conversione dei valori di opacità
Opacity values conversion chart

(Fonte / Extracted from: MIRA Report No. 1965/10, Nuneaton 1965, A.G. Dodd and Z. Holubecki)

Coefficiente di assorbimento della luce <i>k</i> coefficient of light absorption	Opacità Hartridge <i>Hartridge Smoke Units</i>	Opacità Bacharach <i>Filter Smoke Number</i>	mg/m ³	Coefficiente di assorbimento della luce <i>k</i> coefficient of light absorption	Opacità Hartridge <i>Hartridge Smoke Units</i>	Opacità Bacharach <i>Filter Smoke Number</i>	mg/m ³
m ⁻¹	HSU	FSN		m ⁻¹	HSU	FSN	
0,25	10	1,10	33	1,31	43	3,53	213
0,27	11	1,20	38	1,35	44	3,59	220
0,30	12	1,30	42	1,39	45	3,64	227
0,32	13	1,40	47	1,43	46	3,70	234
0,35	14	1,48	52	1,48	47	3,75	241
0,38	15	1,57	57	1,52	48	3,80	248
0,41	16	1,67	62	1,57	49	3,86	256
0,43	17	1,75	66	1,61	50	3,91	264
0,46	18	1,84	71	1,66	51	3,96	272
0,49	19	1,93	76	1,71	52	4,01	281
0,52	20	2,02	81	1,76	53	4,07	290
0,55	21	2,10	86	1,81	54	4,12	299
0,58	22	2,18	91	1,86	55	4,17	308
0,61	23	2,26	96	1,91	56	4,22	317
0,64	24	2,34	101	1,96	57	4,27	326
0,67	25	2,42	106	2,02	58	4,32	335
0,70	26	2,50	111	2,07	59	4,37	345
0,73	27	2,57	117	2,13	60	4,42	355
0,76	28	2,64	122	2,19	61	4,47	365
0,80	29	2,71	127	2,25	62	4,52	375
0,83	30	2,77	133	2,31	63	4,57	385
0,86	31	2,83	138	2,38	64	4,62	395
0,90	32	2,89	144	2,44	65	4,67	406
0,93	33	2,96	150	2,51	66	4,72	416
0,97	34	3,02	156	2,58	67	4,76	428
1,00	35	3,08	162	2,65	68	4,81	439
1,04	36	3,14	168	2,72	69	4,86	450
1,07	37	3,20	174	2,80	70	4,91	462
1,11	38	3,26	181	2,88	71	4,96	475
1,15	39	3,31	187	2,96	72	5,01	489
1,19	40	3,37	193	3,04	73	5,07	501
1,23	41	3,42	199	3,13	74	5,12	514
1,27	42	3,47	206	3,22	75	5,17	529